

## Contrôle de qualité interne Sera CQI- Diagast

PUBLIÉ LE 19/03/2024

TENSION D'APPROVISIONNEMENT DMDIV 23/02/2024

### Dénomination commerciale

Sera CQI

### Référence(s)

59502

### Destination médicale / Indications

Sera CQI sont des contrôles de qualité interne. Ils sont ajoutés aux séries de recherches d'anticorps irréguliers en E.M Technology (Erythrocytes Magnetized Technology) sur automate Qwalys.

### Fabricant

Diagast

### Distributeur(s) en France

Diagast

### Classe de risque du dispositif

Annex II list B

### Observations particulières

- Mise à disposition du Sera CQI FYA (réf. 59503) pour la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires



Consultez le courrier de Diagast du 26/02/2024 (19/03/2024)