

PUBLIÉ LE 03/06/2024

Bactiseal – Integra Lifescience

Rupture DM 03/04/2024

Dénomination commerciale

Bactiseal

Destination médicale / Indications

Cathéters ventriculaires pour dérivation externe du liquide céphalo-rachidien (LCR) imprégnés d'antibiotique

Fabricant

Integra Lifescience

Distributeur(s) en France

Integra

Classe de risque du dispositif

III

Observations particulières

- Cette rupture est due à un problème d'approvisionnement en antibiotique Rifampicine depuis le 03/04/2024.
- Integra propose en remplacement des cathéters non imprégnés d'antibiotique, de leur portefeuille.
- Des alternatives sont aussi disponibles chez les autres fabricants. La société Miethke a indiqué ne pas être en rupture pour son cathéter Xabo, imprégné d'antibiotique. Les autres cathéters identifiés sur le marché français ne sont pas imprégnés d'antibiotique.