

PUBLIÉ LE 23/07/2024

# Appareil d'aphérèse - Kaneka Medical Europe NV German Branch

Arrêt de commercialisation DM 26/05/2024

### Type de dispositif

DM

#### **Dénomination commerciale**

Appareil d'aphérèse

# Référence(s)

- MA-03
- DX 21

#### Destination médicale / Indications

- MA-03 : appareil d'aphérèse indiqué dans le traitement d'hémoperfusion directe
- DX-21 : appareil d'aphérèse indiqué dans le traitement d'hémoperfusion directe et d'absorption de plasma

#### **Fabricant**

Nikkiso Co., Ltd. 20-3, Ebisu 4-Chrome, Shibuya-ku Tokyo 150-6022 Japon

# Distributeur(s) en France

Kaneka Medical Europe NV German Branch contact Babette Souard Frankfurter Str. 80-82-65760 Eschborn, Germany

# Classe de risque du dispositif

IIB

#### Observations particulières

- Tous les clients ont été informés.
- Cet arrêt intervient dans le cadre du non renouvellement des certificats CE des appareils MA-03 et DX-21 relatif au règlement 2017/745.