

PLS Set et PLS Set Plus – Getinge/Maquet

Remise à disposition DM 25/09/2025

Dénomination commerciale

- PLS Set
- PLS Set Plus

Référence(s)

- BE-PLS 2050 / 701068386
- BE-PLS 2051 / 701068389

Destination médicale / Indications

- Le PLS Set est destiné à être utilisé en circulation extracorporelle à des fins d'assistance cardiaque et/ou pulmonaire.
- Il peut être utilisé pour le transport intrahospitalier de patients.
- Il s'utilise avec les consoles Rotaflow I et Rotaflow II.

Fabricant

Maquet Cardiopulmonary GmbH

Distributeur(s) en France

Getinge France

Classe de risque du dispositif

III (MDD)

Code IUD

- Pour la référence BE-PLS 2050 / 701068386 : 04058863006635
- Pour la référence BE-PLS 2051 / 701068389 : 04058863006666

Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 25/09/2025