

HLS Set Advanced 5.0 et 7.0 – Getinge/Maquet

Remise à disposition DM 08/01/2025

Dénomination commerciale

- HLS Set Advanced 5.0
- HLS Set Advanced 7.0

Référence(s)

- BE-HLS 5050 / 70106.9076
- BE-HLS 7050 / 70106.9073

Destination médicale / Indications

- Le HLS Set Advanced est destiné à être utilisé en circulation extracorporelle à des fins d'assistance cardiaque et/ou pulmonaire.
- Il peut être utilisé pour les transports intrahospitaliers et interhospitaliers de patients.
- Il s'utilise avec la console Cardiohelp.

Fabricant

Maquet Cardiopulmonary GmbH

Distributeur(s) en France

Getinge France

Classe de risque du dispositif

III (MDD)

Code IUD

- Pour la référence BE-HLS 5050 / 70106.9076 : 04058863078298
- Pour la référence BE-HLS 7050 / 70106.9073 : 04058863005744

Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 08/01/2025