

Canules de Guedel – Codan France

Tension d'approvisionnement : DM 31/12/2024

Dénomination commerciale

Canules de Guedel stériles

Référence(s)

900 0030 1; 900 0040 1; 900 0050 1; 900 0060 1; 900 0070 1; 900 0080 1; 900 0090 1; 900 0100 1; 900 0110 1.

Destination médicale / Indications

Maintient la liberté de passage par la cavité buccale et le pharynx. Evite la morsure de la langue ou de la sonde endotrachéale.

Fabricant

Société Biçakcilar

Distributeur(s) en France

Société Codan France

Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture : fin janvier 2025
- Alternatives proposées : 900 xxx0 2 Canules de Guedel non stériles.
- Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.



Consultez le courrier de la société Codan du 12 décembre 2024 (20/01/2025)