

PUBLIÉ LE 08/07/2025 - MIS À JOUR LE 13/01/2026

BD Bactec MGIT 960 PZA Kit - Becton Dickinson (BD)

Remise à disposition DMDIV 13/01/2026

Type de dispositif

DMDIV

Dénomination commerciale

BD Bactec MGIT 960 PZA Kit

Référence(s)

Réf. 245128

Destination médicale / Indications

Le kit BD Bactec MGIT960 PZA est une procédure qualitative rapide pour tester la sensibilité de *Mycobacterium tuberculosis*, à partir de la culture, au pyrazinamide (PZA).

Le kit BD Bactec MGIT 960 PZA est utilisé avec les systèmes BD Bactec MGIT 960 et BD Bactec MGIT 320.

Fabricant

Becton Dickinson (BD)

Classe de risque du dispositif

IVD general hors annexe II

Code IUD

00382902451280

Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 13/01/2026