PUBLIÉ LE 20/08/2025 - MIS À JOUR LE 03/10/2025

• Remise à disposition depuis le 02/10/2025

Réactif Atellica CH Iron_2 - Siemens Healthcare

Remise à disposition DMDIV 02/10/2025
Dénomination commerciale
Atallica CH Iron 2
Atellica CH Iron_2
Référence(s)
11097601
Destination médicale / Indications
Le test Atellica CH Iron_2 (Iron_2) est destiné à un usage diagnostic in vitro pour la détermination quantitative du fer dans
le sérum et le plasma humains (héparine de lithium) à l'aide de l'analyseur Atellica CH. Les mesures sont utilisées dans le diagnostic et le traitement des anémies ferriprives et de l'hémochromatose.
Fabricant
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Distributeur(s) en France
Distributeur(s) en France
Siemens Healthcare France SAS
Classe de risque du dispositif
IVD General
Code IUD
00630414596402
0000414090402
Observations particulières