

PUBLIÉ LE 07/10/2025

Butée pour électrodes de profondeur Dixi – Dixi Medical

Arrêt de commercialisation DM 19/09/2025

Dénomination commerciale

Butée

Référence(s)

ACS-760

Destination médicale / Indications

La butée sert à régler la profondeur d'insertion des accessoires nécessaires à l'implantation des électrodes de profondeur Dixi Medical. Elle est strictement réservée à ces fins et ne doit être utilisée que dans des hôpitaux spécialisés.

Fabricant

Dixi Medical

Classe de risque du dispositif

Classe I

Code IUD

03664539000510

Observations particulières

- Ajout d'une butée sur la pige pour canon (ACS-740) : la butée (ACS-760) n'était plus utilisée qu'avec la Pige pour canon. Dixi Medical a donc décidé d'intégrer directement une butée sur la pige pour canon.

↓ Consultez le courrier de Dixi Medical de juin 2024 (07/10/2025)

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.