

Perforateurs crâniens manuels Codman – Integra Lifesciences Services

PUBLIÉ LE 05/12/2025

RUPTURE DM 01/02/2025

Dénomination commerciale

Perforateurs crâniens manuels Codman

Référence(s)

826607

Destination médicale / Indications

Indiqué lorsqu'une craniotomie s'impose pour la mise en place d'un dispositif de monitoring de la pression intra-crânienne (PIC) et/ou d'un dispositif de drainage du liquide céphalo-rachidien.

Fabricant

Integra LifeSciences Production Corporation

Distributeur(s) en France

Integra Lifesciences Services

Classe de risque du dispositif

I stérile

Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture : courant 1^{er} semestre 2026
- Solutions alternatives identifiées par le fabricant :
 - Dispositifs disponibles au sein de la société Sophysa.



Consultez le courrier du fabricant de septembre 2025 (05/12/2025)

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.