

# Perforateurs crâniens manuels Codman – Integra Lifesciences Services

Rupture DM 01/02/2025

## Dénomination commerciale

Perforateurs crâniens manuels Codman

## Référence(s)

826607

## Destination médicale / Indications

Indiqué lorsqu'une craniotomie s'impose pour la mise en place d'un dispositif de monitorage de la pression intra-crânienne (PIC) et/ou d'un dispositif de drainage du liquide céphalo-rachidien.

## Fabricant

Integra LifeSciences Production Corporation

## Distributeur(s) en France

Integra Lifesciences Services

## Classe de risque du dispositif

I stérile

## Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture : courant 1<sup>r</sup> semestre 2026
- Solutions alternatives identifiées par le fabricant :
  - Dispositifs disponibles au sein de la société Sophysa.

↓ Consultez le courrier du fabricant de septembre 2025 (05/12/2025)

*Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.*