

# ABX Erytrol – Horiba ABX SAS

PUBLIÉ LE 19/02/2026

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DMDIV 06/02/2026

## Type de dispositif

DMDIV

## Dénomination commerciale

ABX Erytrol

## Référence(s)

- 2072004 ;
- 2072005 ; 2072006 ;
- 2072203 ;
- 2072204.

## Destination médicale / Indications

ABX Erytrol est un contrôle à trois niveaux destiné au diagnostic in vitro et conçu pour surveiller l'exactitude et la précision des compteurs de cellules sanguines hématologiques HORIBA Medical pour le paramètre érythroblastes (NRBC).

## Fabricant

Société Horiba ABX SAS

## Distributeur(s) en France

Société Horiba ABX SAS

## Classe de risque du dispositif

DIV

## Observations particulières

- Arrêt de commercialisation depuis le 06/02/2026
- Dispositifs utilisés sur une ancienne gamme d'analyseurs qui ne sont plus utilisés, voir alternatives équivalentes ci-dessous :
  - Gamme HELO 2.0 (Yumizen H1500 / 2500) et contrôle associé : ABX Difftrol.

*Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.*