

## Bromelain in Dulbecco's PBS – Gynemed GmbH & Co KG

PUBLIÉ LE 20/03/2026

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 20/03/2026

### Dénomination commerciale

Bromelain in Dulbecco's PBS

### Référence(s)

4 GM 501BROM10

### Destination médicale / Indications

La bromélaïne dans le PBS de Dulbecco est destinée à la liquéfaction des échantillons de sperme visqueux avant l'analyse du sperme et la préparation pour un traitement de FIV ultérieur.

### Fabricant

Gynemed GmbH & Co KG

### Classe de risque du dispositif

IIb

### Code IUD

426017319BROM7R

### Observations particulières

- Solutions alternatives : non identifiées à ce jour.
- Le fabricant indique que l'équipe support peut accompagner pour l'utilisation de méthodes alternatives.



Consultez le courrier du fabricant destiné aux professionnels de santé (20/03/2026)

*Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.*