

# Microny II SR + – Saint-Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division

PUBLIÉ LE 01/06/2026

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 30/09/2026

## Dénomination commerciale

Microny II SR +

## Référence(s)

2525T

## Destination médicale / Indications

Stimulateur cardiaque monochambre implantable (pacemaker).

## Fabricant

St Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division

## Distributeur(s) en France

Abbott Medical France

## Classe de risque du dispositif

DMIA

## Observations particulières

Le dispositif médical PM1152 Endurity Core commercialisé par la société Abbott est l'alternative proposée par cette dernière. Cependant, ces dispositifs, destinés à un usage similaire, sont plus volumineux que le Microny II SR+.

Les informations seront susceptibles d'être mises à jour en fonction des éléments reçus.

*Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.*