

Kit d'insertion pour canulation de la gamme PIK Maquet – Getinge

PUBLIÉ LE 29/07/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT DM 23/06/2026

Dénomination commerciale

Gamme PIK : PIK 100 - PIK 150 - PIK dilator set large 18/20 20/22 22/24 Fr

Référence(s)

- PIK 100 (701047384)
- PIK 150 (701047385)
- PIK dilator set large (701054427)

Destination médicale / Indications

Le kit d'insertion est utilisé pour préparer la canulation des vaisseaux en vue d'une circulation extracorporelle. Les interventions chirurgicales peuvent être réalisées sous contrôle visuel ou par canulation percutanée selon la technique de Seldinger.

Fabricant

Maquet Cardiopulmonary GmbH

Distributeur(s) en France

Getinge France

Classe de risque du dispositif

Ila

Code IUD

- 04037691519883
- 04037691519876
- 04037691746517

Observations particulières

- Date de retour à la normale des approvisionnements prévue : 30/06/2027



Consultez le courrier d'information du fabricant de juillet 2026 (29/07/2026)

- Solutions alternatives : le fabricant Maquet Cardiopulmonary GmbH ne dispose pas d'alternatives pour les dispositifs concernés par la rupture d'approvisionnement et recommande l'utilisation de dispositifs issus d'autres fabricants.
- Les dispositifs suivants de la société Medtronic ont été identifiés :
 - Opus Vascular Access Kit, référence 21030
 - 96551 KIT 96551 Bio-Medicus Insertion VEN
 - 96552 KIT 96552 Bio-Medicus Insertion ART
 - 96553 Bio-Medicus™ pediatric insertion kit

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.

[Lire aussi](#)

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/08/2026

**CEC/ECMO – Canule – Kit d'insertion pour canulation de la gamme PIK – Maquet
Cardiopulmonary GmbH / Getinge**

Rappel n° R2622913 destiné aux établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur
