

Fils de suture résorbables non enduits Vicryl, Monocryl, PDS II - Fabricant : Ethicon LLC - Distributeur : Johnson & Johnson Medical

PUBLIÉ LE 06/08/2026

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 01/09/2026

Type de dispositif

DM

Dénomination commerciale

Fils de suture résorbables non enduits Vicryl, Monocryl, PDS II

Référence(s)

Consultez le document en annexe pour identifier les références concernées

Destination médicale / Indications

● Vicryl

- Fil de suture (Polygalactine 910) stérile, synthétique, résorbable
- L'utilisation du fil de suture Vicryl est indiquée pour la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en chirurgie ophtalmologique, mais elle n'est pas indiquée pour les tissus cardiovasculaires et nerveux.

● Monocryl

- Fil de suture (Poliglecaprone 25) stérile, synthétique, résorbable
- Le fil de suture Monocryl est indiqué dans les procédures générales de coaptation ou de ligature des tissus mous, à l'exception des tissus cardiovasculaires ou neurologiques. Il n'est pas indiqué dans les procédures de chirurgie ophtalmique.

● PDS II

- Fil de suture (Poydioxanone) stérile, synthétique, résorbable
- Le fil de suture PDS II est indiqué pour la coaptation des tissus mous, y compris les tissus cardiovasculaires chez l'enfant, où une croissance est attendue.
- Le fil de suture PDS II est contre-indiqué pour les tissus cardiovasculaires et nerveux chez l'adulte. Ces fils de suture sont particulièrement adaptés lorsque l'utilisation combinée d'un fil de suture résorbable et d'une contention prolongée (jusqu'à 6 semaines) est souhaitable.

Fabricant

Ethicon LLC

Distributeur(s) en France

Johnson & Johnson Medical SAS

Classe de risque du dispositif

III, implantable

Code IUD

MDN 1104

Observations particulières

- Les références des gammes Vicryl, Monocryl et PDS II, qui ne disposent pas d'équivalent dans la gamme Plus

(avec triclosan) continuent d'être commercialisées à ce jour.

-  [Courrier d'information de Johnson & Johnson à destination des établissements publics](#)  [Courrier d'information de Johnson & Johnson à destination des établissements privés](#)  [Liste des références des sutures résorbables non enduites arrêtées](#)  [Liste des références des sutures résorbables non enduites disponibles](#)
- L'ANSM a identifié d'autres fabricants proposant des fils de suture résorbables non enduits.

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.