

# Hearstart |Adult Smart Pads Cartridge - Hearstart Infant / Child Smart Pads Cartridge - Philips Medical Systems

PUBLIÉ LE 24/01/2022 - MIS À JOUR LE 14/03/2022

RUPTURE DM 01/03/2021

## Dénomination commerciale

Hearstart Adult Smart Pads Cartridge

Hearstart Infant / Child Smart Pads Cartridge

## Référence(s)

- M5071A – cartouches d'électrodes adultes pour DAE Heartstart HS1
- M5072A – cartouches d'électrodes pédiatriques pour DAE Heartstart HS1

## Destination médicale / Indications

Les électrodes adultes et pédiatriques Heartstart sont utilisées avec les défibrillateurs Heartstart HS1 pour traiter les arrêts cardio-respiratoires.

## Fabricant

Philips Medical Systems

## Distributeur(s) en France

Philips France Commercial

## Classe de risque du dispositif

IIb selon la directive 93/42/CE

## Code IUD

N/A

## Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture : Juin 2022  
Une livraison de 900 électrodes a été faite pour la France au cours de la semaine 51-52 2021. Des livraisons partielles sont et seront reçues en moyenne toutes les 3 semaines pour répondre au fur et à mesure aux différentes demandes
  - Philips recommande aux utilisateurs de :
    - Continuer à utiliser les électrodes tant que le voyant vert « Prêt » clignote sur leur appareil HeartStart HS1. En effet, cela veut dire que le défibrillateur a réussi son dernier autotest et prêt à l'emploi.
    - Vérifier régulièrement que son voyant vert « Prêt » clignote. Chaque fois que HeartStart HS1 émet un bip, il vous indique une alerte.
  - Philips recommande aux clients ayant des besoins aigus de s'adresser à Philips pour priorisation de leur demande.
- ↓ Télécharger le courrier de Philips du 26 janvier 2022 concernant les difficultés d'approvisionnement en électrodes pour défibrillateurs HeartStart HS1 (01/02/2022)