

Support.set infant Hilite 800 LT, DP3 – Xenios AG

PUBLIÉ LE 21/02/2022 - MIS À JOUR LE 26/11/2024

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 31/05/2023

Dénomination commerciale

Support.set infant Hilite 800 LT, DP3

Référence(s)

F30000074

Destination médicale / Indications

Circuits pédiatriques de circulation extracorporelle


Fabricant

Xenios AG

Distributeur(s) en France

Fresenius Medical Care France

Observations particulières

- Début estimé de la situation de rupture : début janvier 2022
 - Fin estimée de la situation de rupture : mi-avril 2022
 - Difficulté du fabricant à produire les volumes nécessaires.
 - Les utilisateurs ont été informés de cette rupture par la société Fresenius Medical Care qui propose des mesures de gestion.
-  Courrier d'information de Fresenius Medical Care du 14/01/2022 (21/02/2022)
- Rupture puis arrêt de commercialisation pour la référence F30000074