

PUBLIÉ LE 03/05/2022 - MIS À JOUR LE 10/01/2023

Prothèses vasculaires Polyester des gammes Gelweave et Gelsoft|- Vascutek Ltd. / Terumo Aortic

Tension d'approvisionnement DM 03/01/2022

Dénomination commerciale

Prothèses vasculaires Polyester des gammes Gelweave et Gelsoft

Référence(s)

Toutes les références sont concernées

Destination médicale / Indications

Réalisation de pontages en chirurgie vasculaire

Fabricant

Vascutek Ltd. / Terumo Aortic

Distributeur(s) en France

Vascutek France

Classe de risque du dispositif

Ш

Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture : fin mars 2023
- Le fabricant Vascutek / Terumo Aortic subit actuellement des contraintes d'approvisionnement sur ces dispositifs, du fait d'un ralentissement de la production en lien avec la crise sanitaire.
- Le fabricant rationnalise l'allocation des stocks de dispositifs en fonction des urgences et des alternatives disponibles dans les établissements de santé.

Courrier de la société Terumo en date du 22/06/2022 (07/08/2022) Courrier de la société Terumo en date du 05/01/2023 (10/01/2023)