

PUBLIÉ LE 22/12/2022 - MIS À JOUR LE 27/12/2022

Cartouche Adsorba 300C, Kit Prismaflex Adsorba 300|-Gambro Dialysatoren GmbH

Arrêt de commercialisation DM 07/11/2022

Dénomination commerciale

- Cartouche Adsorba 300C
- Kit Prismaflex Adsorba 300

Référence(s)

- 101223
- 107641

Destination médicale / Indications

Hémoperfusion dans les cas :

- d'adsorption de quantités dangereuses des médicaments adsorbables a abouti à un coma profond ou à la survenue de l'un des signes cliniques suivants :
 - Hypoventilation
 - Hypotonie
 - Hypothermie
 - Aggravation de l'état clinique malgré le traitement médical conservateur.
- Si le malade a pris des médicaments dont on ne connaît ni la nature, ni la quantité, ni la composition et si le malade se trouve actuellement dans un coma profond

Fabricant

Gambro Dialysatoren GmbH

Distributeur(s) en France

Baxter SAS

Classe de risque du dispositif

IIb

Observations particulières



Courrier du 07/11/2022 de la société Baxter