

# Sondes d'aspiration trachéo-bronchique « Ideal » avec contrôle digital d'aspiration (tailles de CH5 à CH18) |- Codan France

PUBLIÉ LE 17/04/2023

RUPTURE DM 06/03/2023

## Type de dispositif

DM

## Dénomination commerciale

Sondes d'aspiration trachéo-bronchique « Ideal » avec contrôle digital d'aspiration (tailles de CH5 à CH18)

## Destination médicale / Indications

Élimination par aspiration des sécrétions encombrant le pharynx et les voies aériennes

## Fabricant

Bicackcilar Global

## Distributeur(s) en France

Codan France

## Classe de risque du dispositif

2a

## Observations particulières

● Alternatives proposées : Peters, Teleflex, Vygon, Coloplast, Euromédis



Courrier de la société Codan France à ses clients joint en annexe