

# Cartouches d'électrodes Smart Pads II pour DAE FRx|– Philips

PUBLIÉ LE 20/04/2023

TENSION D'APPROVISIONNEMENT DM 03/10/2022

## Dénomination commerciale

Cartouches d'électrodes Smart Pads II pour DAE FRx

## Référence(s)

989803139261

## Destination médicale / Indications

Electrodes de défibrillation destinées à être utilisées avec les défibrillateurs automatisés externes HeartStart FRx pour traiter les arrêts cardio-respiratoires.

## Fabricant

Philips Medical Systems

## Distributeur(s) en France

Philips France Commercial

## Classe de risque du dispositif

IIb selon la directive 93/42/CE

## Observations particulières

- Fin estimée de la tension d'approvisionnement : 3<sup>ème</sup> trimestre 2023