

Canules de drainage, de réinjection, de cardioplégie aortique, de cardioplégie ostiales – LivaNova

PUBLIÉ LE 21/09/2023 - MIS À JOUR LE 06/11/2025

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 01/06/2024

Référence(s)

Consultez la [liste des modèles et familles de canules concernées dans le fichier joint](#)

Destination médicale / Indications

Dispositifs de circulation extracorporelle

Cathéters thoraciques

Fabricant

LivaNova USA Inc.

Sorin Group Italia S.r.l.

Distributeur(s) en France

LivaNova SAS, France

Observations particulières

- Date prévue d'arrêt de commercialisation : Juin 2024, septembre 2024, janvier 2025 suivant les DM concernés
- La société LivaNova a lancé en août 2024 un plan de rationalisation qui concerne certains modèles et familles de canules et cathéters : voir liste des références concernées par un arrêt de production en annexe.
- Les dernières productions des références concernées ont eu lieu en juin 2024, septembre 2024 ou janvier 2025 selon le dispositif; les dispositifs sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.
- La société LivaNova indique proposer des solutions de remplacement pour la plupart des canules dont la commercialisation est arrêtée. Les établissements de santé peuvent se rapprocher de leur interlocuteur LivaNova. Elle précise cependant, que pour certains dispositifs, elle ne dispose pas d'alternative équivalente. C'est le cas :
 - des références P604-40, P608-30, P608-35, P608-40, P612-50 (canules de perfusion coronaire), de la référence RV-40038 (canule veineuse) et de la référence VT-84513 (vent), pour lesquelles elle indique avoir des articles de remplacement potentiels, sur lesquels les représentants de LivaNova peuvent fournir des informations ;
 - des références TC-1XXXX (cathéters thoraciques), pour lesquels LivaNova ne dispose pas d'alternative.



Consultez la liste des références concernées