

# Sondes endotrachéales à usage unique dédiées aux masques laryngés LMA Fastrach|- Teleflex

Rupture DM 01/07/2022

## Dénomination commerciale

Sondes endotrachéales à Usage Unique dédiées aux masques laryngés LMA Fastrach

## Référence(s)

- 136060 – taille 6.0
- 136065 – taille 6.5
- 136070 – taille 7.0
- 136075 – taille 7.5

## Destination médicale / Indications

Intubation difficile avec le masque laryngé LMA Fastrach.  
Conçu pour l'urgence et les voies aériennes difficiles.

## Fabricant

Teleflex Medical

## Distributeur(s) en France

Teleflex

## Classe de risque du dispositif

IIa

## Observations particulières

- Indisponibilité des produits dans l'attente de l'obtention du nouveau marquage CE dans le cadre du MDR
- Les sondes LMA Fastrach réutilisables qui étaient proposées comme alternatives à ces sondes LMA Fastrach usage unique ne sont plus commercialisées depuis le 31/12/2023.
- Il est possible d'utiliser des sondes endotrachéales d'apparence similaire aux sondes LMA Fastrach au travers du masque laryngé LMA Fastrach uniquement sous fibroscopie et avec un calibre de sonde d'intubation proche de celui du fibroscope (préconisation validée par la SFAR)

- Fin estimée de la situation de rupture : 2026