

# Sonde LMA Fastrach réutilisable et tige de stabilisation LMA Fastrach réutilisable|– Teleflex

PUBLIÉ LE 03/10/2023 - MIS À JOUR LE 30/01/2024

ARRÊT DE COMMERCIALISATION DM 31/12/2023

## Dénomination commerciale

Sonde endotrachéale réutilisable dédiée au masque laryngé LMA Fastrach

## Référence(s)

- 131060 – Sonde LMA Fastrach réutilisable taille 6,0
- 131065 – Sonde LMA Fastrach réutilisable taille 6,5
- 131070 – Sonde LMA Fastrach réutilisable taille 7,0
- 131075 – Sonde LMA Fastrach réutilisable taille 7,5
- 131080 – Sonde LMA Fastrach réutilisable taille 8,0
- 130099 – Tige de stabilisation LMA Fastrach réutilisable

## Destination médicale / Indications

Intubation difficile avec le masque laryngé LMA Fastrach.

Conçu pour l'urgence et les voies aériennes difficiles.

## Fabricant

Teleflex Medical

## Distributeur(s) en France

Teleflex

## Classe de risque du dispositif

Ila

## Observations particulières

- En raison de soucis d'approvisionnement liés à des fournisseurs externes, Teleflex cessera la fabrication et la vente des sondes endotrachéales LMA Fastrach réutilisables et des tiges de stabilisation LMA Fastrach réutilisables à compter du 31/12/2023 et jusqu'à épuisement des stocks
- Les masques laryngés LMA Fastrach à usage unique et réutilisables restent disponibles.
- Les masques laryngés LMA Fastrach sont indiqués :
  - Pour servir de guide pour l'intubation ;
  - Pour permettre et maintenir le contrôle des voies aériennes dans les situations de routine et d'urgence, y compris les situations difficiles inattendues ou anticipées ;
  - Comme méthode d'ouverture des voies aériennes chez un patient profondément inconscient dont les réflexes glossopharyngés et laryngés sont absents.
- Les sondes endotrachéales LMA Fastrach à usage unique et les tiges stabilisatrices LMA Fastrach à usage unique seront de nouveau disponibles en 2026. Des alternatives sont actuellement à l'étude et un courrier d'information est en cours de rédaction
- Pour plus d'informations, veuillez contacter Teleflex au 05 62 18 79 40 / [francecs@teleflex.com](mailto:francecs@teleflex.com).



Consultez le courrier de Teleflex du 18/12/2023 (30/01/2024)