

## Pinces à biopsie|- Cordis

PUBLIÉ LE 23/10/2023

TENSION D'APPROVISIONNEMENT DM 02/10/2023

### Dénomination commerciale

Pinces à biopsie

### Référence(s)

504302L, 504300, 504302

### Destination médicale / Indications

La pince pour biopsie Cordis à usage unique est indiquée pour les biopsies endomyocardiques afin de surveiller l'état de rejet d'une transplantation cardiaque et de diagnostiquer différentes pathologies cardiaques.

### Fabricant

Cordis US Corp

### Distributeur(s) en France

Cordis France

### Classe de risque du dispositif

III

### Code IUD

070503200000000000000006CD

### Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture le 30/10/2023
- Alternatives possibles :
  - 504302L : alternative possible avec les BIPAL (Cordis)
  - 504300 : alternative possible avec les BIPAL (Cordis)
  - 504302 : alternative possible avec la référence de la même gamme 504300L