

PUBLIÉ LE 23/10/2023

Pinces à biopsie|- Cordis

Tension d'approvisionnement DM 02/10/2023

Dénomination commerciale

Pinces à biopsie

Référence(s)

504302L, 504300, 504302

Destination médicale / Indications

La pince pour biopsie Cordis à usage unique est indiquée pour les biopsies endomyocardiques afin de surveiller l'état de rejet d'une transplantation cardiaque et de diagnostiquer différentes pathologies cardiaques.

Fabricant

Cordis US Corp

Distributeur(s) en France

Cordis France

Classe de risque du dispositif

III

Code IUD

07050320000000000000000006CD

Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture le 30/10/2023
- Alternatives possibles :
 - 504302L : alternative possible avec les BIPAL (Cordis)
 - 504300 : alternative possible avec les BIPAL (Cordis)
 - 504302 : alternative possible avec la référence de la même gamme 504300L

