

Canule Rüsç LaryngoFlex|- Teleflex

PUBLIÉ LE 30/01/2024

RUPTURE DM 01/02/2024

Dénomination commerciale

Canule Rüsç LaryngoFlex

Référence(s)

- 121181-000070 - taille 7,0 mm
- 121181-000080 - taille 8,0 mm
- 121181-000090 - taille 9,0 mm
- 121181-000100 - taille 10,0 mm
- 121181-000110 - taille 11,0 mm

Destination médicale / Indications

Destiné aux laryngectomies, à la chirurgie de la tête et du cou, et à la chirurgie maxillo-faciale

Fabricant

Willy Rüsç GmbH

Distributeur(s) en France

Teleflex

Classe de risque du dispositif

Ila

Observations particulières

- Stocks insuffisants pour couvrir la période de transition certification MDD vers MDR.
- Pas d'alternative chez Teleflex. Sonde de Montandon chez Smith Medical, Sumi, Medtronic, Vygon.
- À partir du troisième trimestre 2024, nous proposerons un nouveau dispositif, certifié MDR, qui aura les mêmes caractéristiques, mais qui ne contiendra pas de DEHP.
- Les nouveaux codes sous certification MDR seront les suivants :
 - Nouvelles références sans DEHP :
 - 121161-000070 - taille 7,0 mm
 - 121161-000080 - taille 8,0 mm
 - 121161-000090 - taille 9,0 mm
 - 121161-000100 - taille 10,0 mm
 - 121161-000110 - taille 11,0 mm