

# Canule Rüsç LaryngoFlex|- Teleflex

PUBLIÉ LE 30/01/2024

RUPTURE DM 01/02/2024

## Dénomination commerciale

Canule Rüsç LaryngoFlex

## Référence(s)

- 121181-000070 - taille 7,0 mm
- 121181-000080 - taille 8,0 mm
- 121181-000090 - taille 9,0 mm
- 121181-000100 - taille 10,0 mm
- 121181-000110 - taille 11,0 mm

## Destination médicale / Indications

Destiné aux laryngectomies, à la chirurgie de la tête et du cou, et à la chirurgie maxillo-faciale

## Fabricant

Willy Rüsç GmbH

## Distributeur(s) en France

Teleflex

## Classe de risque du dispositif

Ila

## Observations particulières

- Stocks insuffisants pour couvrir la période de transition certification MDD vers MDR.
- Pas d'alternative chez Teleflex. Sonde de Montandon chez Smith Medical, Sumi, Medtronic, Vygon.
- À partir du troisième trimestre 2024, nous proposerons un nouveau dispositif, certifié MDR, qui aura les mêmes caractéristiques, mais qui ne contiendra pas de DEHP.
- Les nouveaux codes sous certification MDR seront les suivants :
  - Nouvelles références sans DEHP :
    - 121161-000070 - taille 7,0 mm
    - 121161-000080 - taille 8,0 mm
    - 121161-000090 - taille 9,0 mm
    - 121161-000100 - taille 10,0 mm
    - 121161-000110 - taille 11,0 mm