

## Comité Produits sanguins labiles et donneurs de sang

**14 déc. 2021**

### Contenu de la séance

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 17 juin 2021 - *Adoption*
2. Adoption de l'ordre du jour - *Adoption*
3. Point sur les déclarations publiques d'intérêts - *Information*
4. Déclarations d'effets indésirables graves donneurs : cas marquants - *Avis*
- 6.
5. Dossiers PSL
  1. - DAS 2021.003 : Nouveau procédé de préparation du MCGST basé sur l'utilisation du Plasmion® - EFS - *Information*
  2. - DM-2021.012 : Modification du procédé de désérythrocytation du MCGST et du nouveau procédé de préparation du MCGST - EFS - *Avis*
  3. - DM-2021.008 : Changement de design de la poche d'illumination des dispositifs Intercept® pour la préparation et la conservation des concentrés plaquettaires (INT21, INT22, INT25) et du plasma frais congelé (INT31) - CERUS - *Information*
  4. - DAS 2021.004 : Modification du procédé Intercept® d'inactivation des pathogènes dans les concentrés plaquettaires et le plasma : changement de la source d'UVA dans l'illuminateur - CERUS - *Avis*
  5. - DM-2021.011 : Traitement Intercept® du plasma préalablement congelé - CERUS - *Avis*
  6. - NxPSL 2016.001-C2 : Extension de la durée maximale de conservation de 24 à 120 heures du PFCSe décongelé conservé entre +2°C et +6°C / Complément de dossier - EFS - *Avis*
7. Divers

### ● Documents liés