

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 15/04/2020 - MIS À JOUR LE 09/04/2021

Kit contenant un lecteur de glycémie – Kit Sensocard Plus et kit AutoSense Voice - Aximed France

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de produit effectué par la société Aximed.

Les courriers ci-joint sont destinés aux fournisseurs (grossistes, officines, autres) et aux utilisateurs de ces produits.

De plus, Aximed a fourni une information complémentaire sur la date de péremption et le numéro de lot des lancettes DROPLET contenues dans le kit AutoSense Voice. La date de péremption est le 1^{er} octobre 2022. Le numéro de lot est X15R6.

Télécharger le courrier