

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 05/02/2018

Virologie - Test rapide Alere HIV Combo - Alere / Abbott - Information-recommandation ANSM

Virologie - Test rapide Alere HIV Combo - Alere / Abbott - Information-recommandation ANSM

L'ANSM a diffusé, le 02.02.2018, une information de sécurité aux utilisateurs du test rapide Alere HIV Combo fabriqué par la société Alere/Abbott.

Les utilisateurs concernés, en France, ont reçu lecourrier ci-joint (05/02/2018).

Les autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'ANSM.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissement de santé et correspondants locaux de réactovigilance pour diffusion aux utilisateurs concernés.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1802057.