

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/06/2018

Matériel Ancillaire (Hanche) - Manche pour râpe utilisés en chirurgie orthopédique pour la pose des tiges fémorales - Evolutis

Matériel Ancillaire (Hanche) - Manche pour râpe utilisés en chirurgie orthopédique pour la pose des tiges fémorales - Evolutis - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société EVOLUTIS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(22/06/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1810166.