

Unit dentaire - Xo 4, XoFlex, Xo Care AS

Unit dentaire - Xo 4, XoFlex, Xo Care AS - Information de sécurité

L'ANSM a été informée d'un rappel de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société XO CARE AS. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(06/07/2018\)](#).

Comme mentionné le 14 mars dernier, l'ANSM recommande donc aux chirurgiens-dentistes concernés de contacter directement leur distributeur afin de procéder à l'échange des tuyaux d'aspiration

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1803943.