

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/08/2018

## Lot MTM16011, d'hydroxyde de sodium référence MMT-9005 Medtronic - Allongement de la date de péremption - Medtronic

### **Lot MTM16011, d'hydroxyde de sodium référence MMT-9005 Medtronic - Allongement de la date de péremption - Medtronic - Information de sécurité**

Le prochain lot de la solution d'hydroxyde de sodium référence MMT-9005, fabriquée par MEDTRONIC, destinée au rinçage des pompes implantables d'insuline MMT-2007D ne sera pas disponible avant décembre 2018.

Aussi, pour palier à une rupture de stock possible, la société MEDTRONIC a étendu la date de péremption au 24 février 2019 du lot MTM16011 disponible à ce jour.

La société MEDTRONIC a adressé aux établissements concernés [le courrier ci-joint. \(23/08/2018\)](#)