DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 07/01/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Systèmes et interfaces utilisateurs de traitement d’eau pour hémodialyse CWP 800 - Baxter

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société BAXTER.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1819309.

Télécharger le courrier