

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Endoscope (accessoire) - Bras du panneau de commande MAJ-1664 utilisé avec la desserte WM-NP2 ou WM-DP2 - Olympus

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société KEYMED Ltd, fabricant du bras et mis en œuvre en France par Olympus.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Télécharger le courrier