

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 14/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

## Dispositif intra-utérin - Sethygyn (kit complet de pose et stérilet) - Stérilet seul Ancora 375 Cu Normal, Gold T® et Novaplus : T 380 Ag Maxi, T 380 Ag Mini, T 380 Ag Normal, T 380 Cu Mini, T 380 Cu Normal - Eurogine - Euromedial

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société EUROGINE.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1919297.

Télécharger le courrier



De nouvelles informations sont disponibles depuis le 28/11/2019 :

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/12/2019 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

### Dispositif intra-utérin (stérilet) - Ancora et Novaplus (seuls ou en set complet de pose Sethygyn)

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de lot effectuée par la société EUROMEDIAL.



PUBLIÉ LE 28/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

Stérilets Ancora et Novaplus (seuls ou en set complet de pose Sethygyn) : réévaluation de la contraception par stérilet en raison d'un risque d'expulsion et de rupture lors de leur retrait

MESURES ADMINISTRATIVES - DÉCISIONS DE POLICE SANITAIRE - MÉDICAMENTS

## Dispositif intra-utérin (Sterilet) - Intrauterine Deviceb - Eurogine - Rappel

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1807407

---

Dispositif intra-utérin - Sethygyn (Kit complet de pose et stérilet) - Stérilet seul Ancora 375 Cu Normal, Novaplus T 380 Ag Maxi, Novaplus T 380 Ag Mini, Novaplus T 380 Ag Normal, Novaplus T 380 Cu Mini, Novaplus T 380 Cu Normal, Eurogine - Euromedial

Annule et remplace l'information diffusée ce jour - Erreur : cette information concerne la matériovigilance et non la réactovigilance

---