

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 30/07/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021

## Valve de non-réihnalation (ventilation) - Valve Ambu A - Ambu A/S

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de produit effectué par la société Ambu A/S.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2005579, R2010642.

Télécharger le courrier



PUBLIÉ LE 21/01/2021 - MIS À JOUR LE 16/03/2021

**L'ANSM et la SFAR rappellent qu'il ne faut plus utiliser la valve A d'Ambu dans les circuits d'anesthésie**

**BON USAGE - ALERTES**