RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 12/02/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

Oxygène médicinal Air Liquide Sante France 200 bar - Air Liquide Santé France

Le laboratoire AIR LIQUIDE SANTE FRANCE procède, en accord avec l'ANSM, au rappel des bouteilles concernées par un défaut dont vous avez été destinataire.

Les bouteilles que vous devez nous retourner, ont les références suivantes :

- Bouteille de 5 L en acier ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (CIP 34009 343 519 3 8 (343 519-3))
- Bouteille de 2 L en aluminium, munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (CIP 34009 343 516 4 8 (343 516-4))
- Bouteille de 15 L en aluminium ou en aluminium frettée, munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prises normalisées (CIP 34009 343 522 4 9 (343 522-4))

Ce rappel fait suite à la détection d'un défaut sur un lot de robinets compact G2.

Ce rappel est effectué directement auprès des clients concernés ayant reçu ces bouteilles.

Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.