

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/01/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Système de planification de traitement (TPS) - Radiothérapie - RayStation / RayPlan - Plusieurs références - RaySearch

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité produit effectuée par la société RaySearch.**

*Références concernées: RayStation 4.0, RayStation 4.5, RayStation 4.7, RayStation 4.9 (RayPlan 1), RayStation 5, RayStation 6 (RayPlan 2), RayStation/RayPlan 7, RayStation/RayPlan 8A, RayStation/RayPlan 8B et RayStation/RayPlan 9A- RaySearch*

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1922779.

Télécharger le courrier

