

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 17/03/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

## Advia Chemistry Direct Bilirubin DBil\_2) et Total Bilirubin (TBil\_2), Dimension Total Bilirubin (TBI), Dimension Vista Total Bilirubin (TBIL) et Atellica CH Direct Bilirubin (DBil\_2) et Total Bilirubin (TBil\_2) - Siemens Healthcare Diagnostics

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS Healthcare Diagnostics.**

Les utilisateurs concernés ont reçu l'un des courriers ci-dessous.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2002968.

Analyseurs ADVIA® Chemistry - Interférence de l'eltrombopag avec les tests ADVIA® Chemistry Direct Bilirubin (DBil\_2) et Total Bilirubin (TBil\_2)

Analyseurs Dimension® - Interférence de l'eltrombopag avec le test Dimension® Total Bilirubin (TBI)

Analyseurs Dimension Vista® - Interférence de l'eltrombopag avec le test Dimension Vista® Total Bilirubin (TBIL)

Analyseurs Atellica CH® - Interférence de l'eltrombopag avec les tests Atellica CH® Direct Bilirubin (DBil\_2) et Total Bilirubin (TBil\_2)