

## Générateur de pression positive (PPC) et Ventilateur (ACaccessoires) - Bulletins cliniques relatifs à l'utilisation des produits Resmed en période de crise Covid-19 - Resmed LTD

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre de la diffusion de 3 bulletins techniques par la société RESMED pendant la période de crise sanitaire liée à Covid-19.**

Les bulletins techniques suivants ont été mis à disposition des utilisateurs.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2006694.

**Cette action de sécurité est valable uniquement durant la période de crise sanitaire due à la prise en charge des patients COVID-19.**

Bulletins cliniques COVID-19 - Résumé



Circuit à faible dispersion et oxygène additional pour CPAP et Bilevel



Utilisation d'un circuit à faible dispersion avec un appareil Stellar dans le cadre du COVID-19



Utilisation du raccord de fuite ResMed sans VAA - Covid19

