

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 16/10/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

## Prothèse totale de hanche - Tige fémorale Stemsys MI - Evolutis

**En accord avec l'ANSM, la société Evolutis a adressé l'information de sécurité aux établissements de santé concernés pour diffusion aux chirurgiens orthopédistes.**

Cette information fait suite au [courrier de rappel ci-joint diffusé en aout 2020](#) en raison d'un risque de rupture avec certaines références de tiges fémorales Stemsys MI.

L'action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2011711.

Télécharger le courrier



---

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/08/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021

### Prothèse totale de hanche - Tige fémorale (orthopédie)- Tige fémorale Stemsys MI - références H57 009 , H57 L009 et H57 L010 - Evolutis

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de produit effectuée par la société EVOLUTIS.

---