

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/10/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Ventilateur de réanimation - Evita Infinity V500, Babylog VN500 et Evita V300 - Dräger Medical – Information aux utilisateurs

L'ANSM a reçu un signalement de matériovigilance impliquant un ventilateur de réanimation V300 de Dräger. Suite à ce signalement, DRÄGER Medical avait mis en œuvre en juillet 2019 une modification de la notice d'utilisation et diffusé un courrier informant les utilisateurs.

Suite aux investigations menées et à la demande de l'ANSM, DRÄGER Medical a diffusé en octobre 2020, un nouveau courrier informant les utilisateurs de la disponibilité d'une nouvelle version logicielle sur ces équipements.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Télécharger le courrier



DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/07/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Ventilateur de réanimation- Evita Infinity V500, Babylog VN500 et Evita V300 - Dräger Medical

Les investigations sur ce dossier sont toujours en cours mais à la demande de l'ANSM, DRÄGER Medical a d'ores et déjà mis en œuvre une modification de la notice d'utilisation et diffusé un courrier informant les utilisateurs.
