

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/03/2021

Sous-ensemble de défibrillateurs cardiaques implantables Visia AF, Visia AF MRI, Evera et Evera MRI et de défibrillateurs cardiaques implantables avec thérapie de resynchronisation Claria MRI, Amplia MRI, Compia MRI, Viva, et Brava - Medtronic ...

Sous-ensemble de défibrillateurs cardiaques implantables Visia AF, Visia AF MRI, Evera et Evera MRI et de défibrillateurs cardiaques implantables avec thérapie de resynchronisation Claria MRI, Amplia MRI, Compia MRI, Viva, et Brava - Medtronic - Information de sécurité

Sous-ensemble de défibrillateurs cardiaques implantables Visia AF, Visia AF MRI, Evera et Evera MRI et de défibrillateurs cardiaques implantables avec thérapie de resynchronisation Claria MRI, Amplia MRI, Compia MRI, Viva, et Brava - Medtronic - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité par la société MEDTRONIC.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (02/03/2021).

Des investigations complémentaires de l'ANSM sont en cours.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2101822.

Lire aussi

Sous population de défibrillateurs cardiaques implantables Visia AF, Visia AF MRI, Evera et Evera MRI et de défibrillateurs cardiaques implantables avec thérapie de resynchronisation Claria MRI, Amplia MRI et VIVA - Medtronic France (27/11/2019) - Information de sécurité