

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/03/2021

# Prothèse totale de hanche - Cupule acétabulaire Pinnacle - DePuy

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de lot effectuée par la société DePuy Ireland.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint .

Ce rappel fait suite au courrier d'information ci-joint concernant les vis obturatrices apicales utilisée en option avec la cupule acétabulaire Pinnacle.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2024324.

## **Lire aussi**

Prothèse totale de hanche - Vis obturatrice utilisée en option avec la cupule Pinnacle - DePuy (07/01/2021) - Information de sécurité

Courrier adressé aux utilisateurs

