INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/03/2021

Console de contre-pulsion intra-aortique / CPIA-Cardiosave Hybrid et Rescue CS100, CS300 Intra-Aortic Balloon Pumps, Consoles de contre-pulsion intra-aortique (CPBIA) - Datascope CORP.(Getinge)

Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DATASCOPE CORP (Getinge). Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette information de sécurité est une mise à jour d'une précédente communication réalisée par la société en juillet 2019. (information concernant la sortie de la révision du logiciel d'entretien des batteries Cardiosave).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1911946 / R2103314.

Consultez le courrier GETINGE

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 25/07/2019 - MIS À JOUR LE 20/02/2023

Contre-pulsion intra-aortique / CPBIA Datascope - Cardiosave Hybrid CPBIA, Cardiosave Rescue CPBIA, CS100, CPBIA, CS300 CPBIA - Datascope Corp

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1911946.