

RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 30/07/2018 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Chlorure de sodium à 0,9 pour cent Baxter, solution pour perfusion en poche : 2000 ml en poche (clear-flex) (PE/Polyamide/Polypropylène) avec valve Emoluer - Laboratoire Baxter SAS

Le laboratoire Baxter SAS procède en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel des lots suivants de la spécialité :

CHLORURE DE SODIUM A 0,9 POUR CENT BAXTER, solution pour perfusion en poche : 2000 ml en poche (CLEAR-FLEX) (PE/Polyamide/Polypropylène) avec valve Emoluer

- Lot 18E0904 péremption 08/05/2021
- Lot 18E0906 péremption 08/05/2021
- Lot 18E1004 péremption 09/05/2021

Ce rappel de lots fait suite à l'identification de cas de fuite au niveau de la soudure verticale de la poche. La fuite semble être minimale et est davantage visible après l'ouverture du sur-emballage.

Le laboratoire précise qu'aucune réclamation ni cas de pharmacovigilance en relation avec ce défaut n'ont été rapportés à ce jour.

Ce rappel de lots est effectué en direct auprès des établissements de santé concernés.

Aucun numéro d'alerte n'est donc attribué à ce rappel.