

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 14/06/2021

Consommable NeuMoDx Cartridge utilisé avec les réactifs NeuMoDx SARS-CoV-2 ou NeuMoDx Flu A-B/RSV/SARS- CoV-2 sur automates NeuMoDx 288 ou NeuMoDx 96 Molecular Systems - NeuMoDx Molecular

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2109541.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de lot / retrait de produit effectuée par la société QIAGEN.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

[Télécharger le courrier](#)